

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	仕 様 書 番 号	
滅菌器，高圧蒸気式，全自動，２型	GM-T 1 0 7 0 6 2 B	
	作 成	平成 2 0 年 1 2 月 4 日
	変 更	平成 2 3 年 8 月 2 5 日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の滅菌器，高圧蒸気式について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S G 3 1 0 1	一般構造用圧延鋼材
J I S G 3 1 0 6	溶接構造用圧延鋼材
J I S G 4 3 0 4	熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
J I S G 4 3 0 5	冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
N D S Z 8 0 1 1	角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

薬事法（昭和 3 5 年法律第 1 4 5 号）

薬事法施行規則（昭和 3 6 年厚生省令第 1 号）

ボイラ及び圧力容器安全規則（昭和 4 7 年労働省令第 3 3 号）

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “薬事法”によって、医療機器として製造（輸入）承認された製品であるものとする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を要しない製品の場合は、“薬事法施行規則”によって、医療機器製造（輸入）品目として許可を得ているもの、又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.3 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、必要とする場合、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、特に調達要領指定書により指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表（様式適宜） 1部
- c) 納入品カタログ 1部

6.2.2 提出書類

提出書類は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略できるものとする。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1 部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

6.3 据付調整

据付調整は、特に調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付及び調整を行うものとする。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	GM-T107062B
調達要求年月日	. .	作成年月日	平成23年8月25日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
滅菌器，高圧蒸気式	サクラ精機(株) VSSV-AM09 (株)ウドノ医機 SXIII-U6710-S-T2 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

- a) 扉は，縦スライディング方式の片扉仕様とし，自動で開閉できるものとする。
- b) 内缶寸法は，（W）660 mm×（H）660 mm×（D）900 mm以上とし，内容積は415 L以上又は，丸型27 cmカストが12個以上収納可能であるものとする。
- c) 据付面積は，（W）1600 mm×（D）1900 mm以内とする。
- d) 缶体の材質は，外缶は，JIS G 3101に適合するSS400又は，JIS G 3106に適合するSM400Cとし，内缶は，JIS G 4304又は，JIS G 4305に適合する。SUS304Lとする。また，仕切パネルはSUS304以上で，厚さ1 mmのヘアライン仕上げとする。
- e) カラー液晶タッチパネルディスプレイを有し，対話式による操作が可能であるものとする。
- f) ボウイ・ディックプログラム機能を有するものとする。
- g) 温度変化を正確に記録する，打点式又はインクジェット式の記録計を有しているものとする。
- h) 装置の異常を知らせる，ディスプレイ及びブザーを有するものとする。
- i) 滅菌装置本体は，“ボイラ及び圧力容器安全規則”に適合した，第1種圧力容器とする。
- j) 被滅菌物の収納方式は，棚板2段方式又は，運搬車＋棚枠車方式であるものとする。